

遺伝子組換え生物等使用実験を行なう実験室の拡散防止措置チェックリスト  
(P1レベル微生物使用実験)

実験室名: \_\_\_\_\_

検査項目	検査結果
施設等	
通常の生物の実験室としての構造および施設	
遺伝子組換え生物等による汚染物の不活化	
廃棄物の不活化措置	
機械・器具の不活化措置	
実験台の不活化措置	
実験室使用	
実験室の扉の閉鎖(出入り時以外)	
実験室の窓等の閉鎖	
エアロゾルの発生を最小限にする	
持ち出すときは漏出しない容器に入れる	
手洗等の措置を行なう設備	
関係者以外の入室制限	

その他

年 月 日  
検査担当者(実験室の管理責任者)  
所属  
名前 \_\_\_\_\_ 印

安全主任者による確認  
年 月 日  
名前 \_\_\_\_\_ 印