

遺伝子組換え生物等使用実験を行なう実験室の拡散防止措置チェックリスト  
(P2Pレベル植物等使用実験)

実験室名: \_\_\_\_\_

検査項目	検査結果
施設等	
通常の植物の栽培室としての構造および施設	
排気中の花粉等を最小限にとどめる施設	
安全キャビネット	
建物内に高圧滅菌器	
遺伝子組換え生物等の不活化	
廃棄物の不活化措置	
機械・器具の不活化措置	
実験台・安全キャビネットの不活化措置	
実験室使用	
実験室の扉の閉鎖(出入り時以外)	
実験室の窓等の閉鎖	
エアロゾルの発生を最小限にする	
エアロゾルを生じやすい操作を安全キャビネットで行なう	
持ち出すときは漏出しない容器に入れる	
手洗等の措置を行なう設備	
関係者以外の入室制限	
「組換え植物等栽培中(P2)」の表示	

年 月 日  
 検査担当者(実験室の管理責任者)  
 所属  
 名前 \_\_\_\_\_ 印

安全主任者による確認  
 年 月 日  
 名前 \_\_\_\_\_ 印